



Universidad de Buenos Aires

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones

CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9
-------------------------------	---------------------------

CUDAP: EXP-UBA: 0000716/2017		
CONTRATACIÓN DIRECTA	N° 9	Ejercicio: 2017

<p><b>OBJETO:</b> Adquisición de equipamiento y materiales para cirugías de alta complejidad solicitado por el servicio de Cirugía y Gastroenterología del IDIM.</p> <p><b>PLAZO DE ENTREGA:</b> Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibida la Orden de Compra</p> <p><b>MANTENIMIENTO DE OFERTA:</b> SESENTA (60) días corridos a partir del acto de apertura</p> <p><b>VALOR DEL PLIEGO:</b> Sin valor</p>
--

**CONSULTA DE LAS EMPRESAS:** Indefectiblemente presentar las consultas por escrito en la oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones en el horario de 08 a 13 hs. **HASTA EL DÍA 10-02-17 INCLUSIVE**

**RESPUESTA DE CIRCULARES:** hasta el día **13-02-17 INCLUSIVE**

<b><u>ACTO DE APERTURA</u></b>	
<b>Lugar/Dirección</b>	<b>Día y Hora</b>
Dirección de Compras y Contrataciones Combatientes de Malvinas 3150 Cdad. De Bs. As.	<b>15-02-17</b> <b>09:30</b>

<p><b>PREINSCRIPCIÓN EN RUPUBA:</b> Los interesados en participar en procedimientos de selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo N° 196 de la Resolución (CS) N° 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.</p>
---

<p><b>TODAS LAS NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRÁMITE DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL:</b> <a href="mailto:compras@lanari.fmed.uba.ar">compras@lanari.fmed.uba.ar</a></p>
--



Universidad de Buenos Aires

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones

CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9

## Anexo I

### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las siguientes cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.

Se complementan o modifican los siguientes numerales del PCG:

**Cláusula 1: MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura

**Cláusula 2: PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA**

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibida la Orden de Compra

**Cláusula 3: FORMA DE PAGO**

Treinta (30) días corridos de presentada y conformada la documentación correspondiente

**Cláusula 4: LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCION**

La entrega de la mercadería y/o prestación del servicio se hará en el lugar, día y hora que se indique en la Orden de Compra.

El Adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de: flete, acarreo, descarga y estiba en el depósito y/o lugares de los elementos contratados o su entrega en la oficina destinataria.

**Cláusula 5: VALORIZACION DE LA OFERTA:**

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento de la gestión a realizar ni alegar la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades concursadas.

**Cláusula 6: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Las consultas al Pliego de Bases y condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Avda. Combatientes de Malvinas 3150 C.A.B.A.

**Cláusula 7: CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán emitidas por la Unidad requirente con SETENTA Y DOS (72) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección de Compras y Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida.

**Cláusula 8: INFORMACIÓN A SUMINISTRAR**

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar lo exigido en el Artículo N° 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar.

**Cláusula 9: ESTATUTOS Y BALANCES (EXCEPTO OFERTAS QUE NO ALCANCEN EL MONTO MÍNIMO PREVISTO PARA UNA LICITACIÓN PRIVADA)**

**Apartado a)** Copia legalizada de los estatutos constitutivos con las modificaciones que se hubiesen producido y de las actas de Directorio de Asamblea en los casos de S.A., a los efectos de determinar la elección de autoridades y autorización para la presentación de ofertas.

**Apartado b)** Copia del balance de los últimos dos (2) **ejercicios económicos**, con la legalización ORIGINAL del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción que le corresponda.



*Universidad de Buenos Aires*

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

**CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9**

**Cláusula 10: GARANTIA DE IMPUGNACION**

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta, del renglón o renglones del impugnante.

**Cláusula 11: MARCA DEL INSUMO OFERTADO**

En el caso que el licitante cotice una determinada marca la misma debe indicarse en la oferta. No pudiendo omitirlo bajo ninguna condición.

**Cláusula 12: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS**

Los oferentes deberán presentar muestras de los materiales cotizados en caso que sean requeridos. Si los mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y vuelta, será por cuenta de los oferentes.

**Cláusula 13: PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION**

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días corridos a partir del día hábil inmediato a la fecha de la recepción de las actuaciones



Universidad de Buenos Aires

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones

CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9
-------------------------------	---------------------------

## Anexo II

### BASES TÉCNICAS

**RUBRO: Adq. de equipamiento y materiales para cirugías de alta complejidad solicitado por el servicio de Cirugía y Gastroenterología del IDIM.**

Renglón N°	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	2		Carros de paro, de estructura sólida y robusta de acero inoxidable, lavable, con capacidad para almacenar desfibrilador y accesorios. Con 5 Cajones con llave, ligeros y movibles. Freno en dos ruedas como mínimo. Barra de desplazamiento. Porta suero telescópico y porta balón para oxígeno de aluminio.
2	2		Monitor de electrocardiograma y desfibrilador en una sola unidad portátil con manija de transporte y alojamiento de paletas integrados al gabinete. Pantalla color. Curva de trazo sólido, indicadores, y manual de ayuda resumido en pantalla de cuarzo líquido de alto contraste. Acceso directo a funciones de monitorización, y desfibrilación desde teclado digital y desde las paletas de desfibrilación. Monitorización de tres derivaciones de ECG desde electrodos o paletas de desfibrilación. Presentación de frecuencia cardíaca y alarmas configurables por el usuario. Dos velocidades de barrido. Control de amplitud, congelamiento y volumen. Desfibrilación libre o sincronizada desde 1 hasta 360 Joules. Sistema 1-2-3 para desfibrilación en emergencias. Conexión de paletas externas e internas con límite automático de energía. Descarga interna de seguridad. Verificación de funcionamiento del desfibrilador y medición de energía entregada. Registro en papel termo sensible de ECG en tiempo real y demorado, con impresión de fecha, hora, frecuencia cardíaca, derivación, amplitud, y velocidad de trazado. Reportes de desfibrilación: Almacenamiento y registro en papel de hasta 20 reportes de descarga de desfibrilador con impresión de ECG pre-shock y post-shock. Sumario de eventos: Almacenamiento en memoria permanente y registro en papel de hasta 50 eventos sucesivos. Indicación de fecha y hora de encendido, descargas de desfibrilador y disparo de alarmas.



Universidad de Buenos Aires

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

<b>CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9</b>
--------------------------------------	----------------------------------

			Alimentación desde red de 110-220Vca, batería interna o 12Vcc, con fuente de alimentación y cargador de baterías incorporados. Autonomía: 60 descargas de 360 Joules o 6 horas de monitorización continua. Dimensiones: 370mm x 160mm x 460 mm. Peso: <10 Kg según configuración. Accesorios incluidos: Cable de alimentación para red de ca, cable de alimentación para 12 Vcc, cable de paciente de ECG, paletas de desfibrilación externas, manual de uso. Accesorios: 2 juegos de paletas para desfibrilación interna adulto, funda para transporte y sensor SPO2 "Y" Universal.
3	2		Introdutores de Eschman para intubación dificultosa endotraqueal, de 15ch. x 60cm. de largo. Con curvatura en el extremo distal de aproximadamente 30°.
4	2		Resucitadores manuales autoinflables. Reutilizables. Cuerpo de silicona. Válvula de sobrepresión (Pop-off) de 40cm H2O. Mascara de cuerpo traslucido, borde siliconado. Con bolsa reservorio de 1500cm3.
5	3		Válvulas reguladoras con manómetro de alta, flowmeter y frasco lavador. Manómetro con tapa cromada
6	3		Laringoscopios tipo Macintosh con tres medidas de rama curva (mediana, extra mediana y grande).
7	2		Mascaras faciales N°4, reutilizable, 100% transparente que permita una evaluación simple del estado de las vías aéreas del paciente durante la reanimación. Esterilizable a 134°C.
8	2		Mascaras faciales N°5, reutilizable, 100% transparente que permita una evaluación simple del estado de las vías aéreas del paciente durante la reanimación. Esterilizable a 134°C.
9	2		Mascaras faciales N°6, reutilizable, 100% transparente que permita una evaluación simple del estado de las vías aéreas del paciente durante la reanimación. Esterilizable a 134°C. (Solicito muestra).
10	2		Mascaras faciales de Campbell N°4. Reutilizables, Esterilizables. (Solicito muestra).
11	2		Mascaras faciales de Campbell N°5. Reutilizables, Esterilizables. (Solicito muestra).
12	2		Mascaras faciales de Campbell N°6. Reutilizables, Esterilizables. (Solicito muestra).



Universidad de Buenos Aires

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

<b>CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9</b>
--------------------------------------	----------------------------------

13	4		Cajas de Mantas Térmicas compatibles con equipo Covidien wharm touch nellcor.
14	2		Baterías compatibles con Monitor Multiparametrico Mindray modelo PM 9000.
15	3		Carros porta oxigeno de acero con capacidad de 10m3. Con dos ruedas y cadena de seguridad. Dimensiones: Alto: 140 cm. Ancho: 50 cm. Profundidad: 50 cm. Color blanco.
16	1		Catéter bipolar Marcapaso externo de 4 French x 90 cm. Para marcapaso temporario endocárdico de material compuesto especial PEBAX que facilita la introducción y obtiene un mejor torque, con un terminado de superficie ultra suave. Punta más suave y maleable que el resto del catéter, lo que asegura la adaptabilidad a las distintas a las distintas configuraciones de las cámaras cardíacas y del sistema venoso. Punta preformada tipo Cournand. Distancia entre electrodos 10 mm.
17	1		Catéter bipolar Marcapaso externo bipolar de 5 French x 125cm. Para marcapaso temporario endocárdico de material compuesto especial PEBAX que facilita la introducción y obtiene un mejor torque, con un terminado de superficie ultra suave. Punta más suave y maleable que el resto del catéter, lo que asegura la adaptabilidad a las distintas configuraciones de las cámaras cardíacas y del sistema venoso. Punta preformada tipo Cournand. Distancia entre electrodos 10 mm.
18	1		Equipo marcapaso externo bipolar a demanda y sobre estimulador. Alimentado a batería de 9 volt alcalina que brinda una autonomía de 30 días. Alarma de batería baja visual y sonora. Control de sensibilidad. Control de frecuencia. Control de mili amperes. Estuche contenedor.
19	2		Válvulas Espiratorias, compatible con tubo endotraqueal y circuito de anestesia.
20	10		Líneas de capnografía universales.
21	2		Brazaletes para PNI (Presión no invasiva), adulto, reusable, compatible con monitor Mindray modelo PM 9000.
22	3		Trampas de agua para medición de CO2, compatible con monitor Mindray modelo PM 9000.
23	2		Set de cricotomía percutánea.



**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

*Universidad de Buenos Aires*

<b>CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9</b>
--------------------------------------	----------------------------------

24	1		Juego (Par) de paletas para desfibrilación interna, adulto, extraíble. Compatible con monitor E&M modelo C-12.
25	1		Juego de mangos para paletas de desfibrilación interna. Compatible con monitor E&M modelo C12.
26	1		Sistema de calentamiento para Prevención de la Hipotermia que tiene una tecnología probada para aumentar la temperatura del cuerpo debido al alto flujo de aire caliente por convección y así prevenir la hipotermia, El equipo presenta las siguientes posibilidades de temperatura: Aire Ambiente: Se le suministra al paciente aire a T° ambiente. Calentamiento Rápido: Se programa por 45 minutos una temperatura de suministro de 47°C. U



Universidad de Buenos Aires

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9

**DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DECRETO N° 1023/2001**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto N° 1023/2001 "Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional" y que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:

**DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO N° 1023/2001**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría)

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:





Universidad de Buenos Aires

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9

**DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE  
CONTROVERSIAS. - DECRETO N° 1023/2001**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:

-----

**DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE  
EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACIÓN  
PREVISIONAL**

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

CARACTER:

-----



Universidad de Buenos Aires

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

<b>CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9</b>
--------------------------------------	----------------------------------

**RECIBO ENTREGA DE PLIEGO**

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones  
COMBATIENTES DE MALVINAS 3150 CDAD. DE BS. AS.  
TEL 5287-3750/51/52**

<b>CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9</b>	<b>Objeto: Adq. de equipamiento y materiales para cirugías de alta complejidad solicitado por el servicio de Cirugía y Gastroenterología del IDIM.</b>
<b>CUDAP: EXP-UBA: 0000716/2017</b>	<b>APERTURA: 15-02-17 LUGAR: Dirección de Compras y Contrataciones</b>

**RETIRO DE CONFORMIDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

**EMPRESA:**

**DIRECCIÓN:**

**TELEFONO/FAX:**

**FIRMA**

**ACLARACIÓN**



Universidad de Buenos Aires

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS  
ALFREDO LANARI  
Dirección de Compras y Contrataciones**

CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9

**CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO POR INTERNET**

En el caso que se obtenga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares desde la página web del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari ([www.lanari.fmed.uba.ar](http://www.lanari.fmed.uba.ar)) se deberá enviar esta página completa con la información abajo solicitada a la dirección de mail [compras@lanari.fmed.uba.ar](mailto:compras@lanari.fmed.uba.ar) de la Dirección de Compras y Contrataciones o por Fax 5287-3750/51/52 Hasta el 13-02-17

**Asunto: Obtención de Pliego por Internet**

**Señores Dirección de Compras y Contrataciones**

Me dirijo a ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires – aprobado por Resolución (CS) n° 8240/13, comunicándoles que obtuve de la página web del Instituto de Investigaciones Médicas el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del siguiente procedimiento de selección:

**Tipo: Contratación Directa N° 9**

**Ejercicio: 2017**

**Mis datos son los siguientes:**

**N° de C.U.I.T.:**

**Razón Social:**

**Dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarme hasta el día de apertura de las ofertas:**

.....

**Domicilio:**

**Teléfono/ fax:**

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y ACLARACIÓN